

# Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Autorizovaná osoba 235

Notifikovaná osoba 1024

Autorizace č.: 4/2012 ze dne: 7. února 2012



vydává

## CERTIFIKÁT ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU č. 235/E-002/2013

**výrobci:** Malina - Safety, Luční 11, 466 01 Jablonec nad Nisou  
Česká republika

**identifikační číslo:** IČ:25430238 DIČ:CZ25430238

**název:** hadicový dýchací přístroj na tlakový vzduch se stálým průtokem  
a s výstražným zařízením CleanAIR Pressure Flow Master

**typ:** CleanAIR / CA Pressure Flow Master /67 00 00

Certifikací bylo potvrzeno, že technická dokumentace a výše uvedený osobní ochranný prostředek splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nařízení vlády č. 21/2003 Sb., které je v souladu s evropskou směrnicí č. 89/686/EHS, ve znění směrnic č. 93/68/EHS, č. 93/95/EHS a č. 96/58/EHS, jak je uvedeno v závěrečné zprávě o certifikaci č. 235/ZZ-002/2013, která je nedílnou součástí tohoto certifikátu.

Zkoušky vzorku předmětného výrobku prokázaly shodu jeho vlastností s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN 14594:2005 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem. Požadavky, zkoušení, značení.

Značení a návod na používání byl posuzován pouze v anglickém jazyce.

Tento certifikát je platný do 31.1.2018


Jménem Výzkumného ústavu bezpečnosti práce -  
- Notifikované osoby č. 1024:

V Praze dne: 31.1.2013



Ing. Karel Škréta

Popis a zobrazení certifikovaného osobního ochranného prostředku



Hadicový dýchací přístroj na tlakový vzduch CleanAIR Pressure Flow Master připojený ke kompatibilnímu hlavovému dílu chrání uživatele před škodlivinami v ovzduší podle návodu výrobce.

Přístroj s výstražným zařízením splňuje požadavky na zařazení do třídy B.

Podle typu hlavového dílu splňuje přístroj požadavky na zařazení do třídy 2A, 2B a 3B.



Vzor označení CE. V případě účasti autorizované osoby v etapě kontroly výroby (kategorie III) musí být za označením shody CE připojeno identifikační číslo, které je AO přiděleno v rámci notifikace.